

Programa Avaliação Externa da Qualidade em Testes do Ácido Nucleico
Gabarito da Avaliação Prática AEQ NAT 16

Realizado em: Julho/2017

Gabarito da avaliação de proficiência – HIV/HCV

AEQ NAT 16 HIV - HCV		
<i>Pool</i>	<i>Amostra</i>	<i>Resultado Esperado</i>
1	1	Não detectável
	2	Não detectável
	3	Não detectável
	4	Não detectável
	5	Não detectável
	6	Não detectável
2	7	Não detectável
	8	Não detectável
	9	Não detectável
	10	Não detectável
	11	Não detectável
	12	Não detectável
3	13	Não detectável
	14	Não detectável
	15	Detectável para HCV
	16	Não detectável
	17	Detectável para HCV
	18	Não detectável
4	19	Não detectável
	20	Não detectável
	21	Não detectável
	22	Não detectável
	23	Não detectável
	24	Detectável para HIV

Gabarito da avaliação de proficiência – HBV

AEQ NAT HBV16		
<i>Pool</i>	Amostra	Resultado Esperado
1	1	Não detectável
	2	Detectável para HBV
	3	Não detectável
	4	Não detectável
	5	Não detectável
	6	Não detectável
2	7	Não detectável
	8	Não detectável
	9	Não detectável
	10	Não detectável
	11	Não detectável
	12	Não detectável
3	13	Não detectável
	14	Não detectável
	15	Não detectável
	16	Não detectável
	17	Não detectável
	18	Não detectável

Agradecemos sua participação no Programa de Avaliação Externa da Qualidade em Testes do Ácido Nucleico