

## Programa de Avaliação Externa da Qualidade em Sorologia

### Gabarito da Avaliação Prática – AEQ-51

Realizado em: Junho/2019

<b>Painel 51a</b>		
Nº da amostra	Marcador	Resultado
1	HTLV	<b>Reagente</b>
2	HIV	<b>Reagente</b>
3	HTLV	<b>Reagente</b>
4	Negativo	Não Reagente
5	Chagas	<b>Reagente</b>
6	HTLV	<b>Reagente</b>

<b>Painel 51b</b>			
Nº de amostra	HBsAg	Anti-HBc	Anti-HCV
1	Não Reagente	Não Reagente	Não Reagente
2	Não Reagente	Não Reagente	<b>Reagente</b>
3	<b>Reagente</b>	<b>Reagente</b>	Não Reagente
4	Não Reagente	Não Reagente	Não Reagente
5	Não Reagente	Não Reagente	Não Reagente
6	Não Reagente	Não Reagente	Não Reagente

<b>Painel 51c</b>		
Nº de amostra	Marcador	Resultado
1	Sífilis	<b>Reagente</b>
2	Negativo	Não Reagente
3	Sífilis	<b>Reagente</b>
4	Negativo	Não Reagente
5	Sífilis	<b>Reagente</b>
6	Sífilis	<b>Reagente</b>

Agradecemos sua participação no Programa de Avaliação Externa da Qualidade em Sorologia.